

シェアパックレンタルサービス

点検項目・パック内容

点検項目

輸液ポンプ	流量精度
	閉塞検出圧値（上部閉塞圧検出を除く）
	気泡検出動作
	点滴プローブ機能（点滴プローブ使用の輸液ポンプ）
	内蔵バッテリー連続駆動時間
	ブザー
	キー操作
	L C D表示
	L E D表示
シリンジポンプ	流量精度
	閉塞検出圧値
	シリンジサイズ検出
	残量位置検出
	シリンジ外れ
	押し子外れ
	クラッチ外れ
	内蔵バッテリー連続駆動時間
	ブザー
	キー操作
	L C D表示
	L E D表示

パック内容

輸液ポンプ用	I Pテスター（専用水バッグ、輸液セットチューブ付き）
	ランニングチューブ（気泡検出動作チェック用）
	I Pドリップ（点滴プローブ機能チェック用）
シリンジポンプ用	S Pテスター
	シリンジサイズチェック治具（5ml用、10ml用、20ml用、30ml用、50ml用：各1個）
	残量検出位置チェック治具（5ml用、10ml用、20ml用、30ml用、50ml用：各1個）
付属品	A Cアダプター
	充電ケーブル（I Pテスター用）
	充電ケーブル（S Pテスター用）